
AOD AER = 0.9901(0.0023)*AOD MFR -0.0005(0.0010)
R2 = 0.992
N = 1616
Bias = 0.003
RMSE = 0.029
- - - 1 : 1
AERONET AOD at 415 nm*
MFRSR AOD at 415 nm
(a)
AOD AER = 1.007(0.003)*AOD MFR - 0.010(0.001)
R2 = 0.994
N = 1616
Bias = 0.0082
RMSE = 0.023
AERONET AOD at 500 nm
MFRSR AOD at 500 nm
(b)
AOD AER = 1.0417(0.0041)*AOD MFR - 0.0001(0.0010)
R2 = 0.992
N = 1616
Bias = -0.0009
RMSE = 0.020
AERONET AOD at 610 nm*
MFRSR AOD at 610 nm
(c)
AOD AER = 1.057(0.005)*AOD MFR -0.0097(0.0010)
R2 = 0.993
N = 1616
Bias = -0.001
RMSE = 0.015
AERONET AOD at 670 nm
MFRSR AOD at 670 nm
(d)